

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 87 від 17.12.2024 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	2480924	2024-09	2029-09
2	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	1521224	2024-12	2029-12
3	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	0291124	2024-11	2029-11
4	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 12	1811124	2024-11	2029-11
5	Зонд інтубаційний (трансназ) Fr 18 3000 мм	2081024	2024-10	2029-10
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	0741224	2024-12	2029-12
7	Катетер сечовивідний Fr 4	0620424	2024-04	2029-04
8	Комплект для встан.венозного підкл.к-ра KB-3(Fr6)	2681024	2024-10	2029-10

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3