

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 812 від 30.10.2024 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	2480924	2024-09	2029-09
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	2691024	2024-10	2029-10
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24 діам 8,0	3420824	2024-08	2029-08
4	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	0761024	2024-10	2029-10
5	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	0830824	2024-08	2029-08
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	2620924	2024-09	2029-09
7	Зонд шлунковий Fr 36 L-1200 мм	0020824	2024-08	2029-08
8	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3071024	2024-10	2029-10*
		1841024	2024-10	2029-10

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам 'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3