

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 247 від 12.04.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	2520323	2023-03	2028-03
		3230323	2023-03	2028-03
2	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18 діам 6,0	0990423	2023-04	2028-04
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30 діам 10,0	0990423	2023-04	2028-04
4	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	0480522	2022-05	2027-05
5	Зонд шлунковий Fr 36 L-1200 мм	0220423	2023-04	2028-04
6	Канюля для промивання лакун мигдалин	3320323	2023-03	2028-03
7	Накінецьник кружки Есмарха Fr 18	1650323	2023-03	2028-03
8	Накінецьник кружки Есмарха Fr 24	0410423	2023-04	2028-04
		0300323	2023-03	2028-03

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004.

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3