

№ 79 від 12.12.2024 р.

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                        | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9. Перевірка вістря голки                                      | Має відповідати НД | відповідає             |
| Стерилізація виробів перед використанням                       | Має відповідати НД | відповідає             |

|                                                                                                                                                          |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Стерилізація проведена газівим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення |        | Мас відповідати НД |
| Температура °С                                                                                                                                           | 50°С   | Тиск, МПа          |
| К-сть оксиду етилену, л                                                                                                                                  | 100 мл | -0,7-(1,0) МПа     |

**Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.**

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

**Висновки:** Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК                      Дидик О.Д.

( ПИБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3