

**KAMMED****ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY**

Ф-7.5.1-13

## Паспорт якості

№ 360 від 23.05.2023 р.

| Найменування продукції |                                                 | № партії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1                      | Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)            | 2790423          | 2023-04           | 2028-04    |
| 2                      | Голка Куліковського G-15                        | 0171221          | 2021-12           | 2026-12    |
| 3                      | Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 12   | 0840323          | 2023-03           | 2028-03    |
| 4                      | Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6 | 1320523          | 2023-05           | 2028-05    |
| 5                      | Накінечник кружки Есмарха Fr 24                 | 2340622          | 2022-06           | 2027-06    |
| 6                      | Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм    | 1010523          | 2023-05           | 2028-05    |
| 7                      | Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм    | 1020323          | 2023-03           | 2028-03    |
| 8                      | Канюля для промивання лакун мигдалин            | 1320423          | 2023-04           | 2028-04    |
|                        |                                                 | 0740223          | 2023-02           | 2028-02    |

| Найменування показника якості                                   | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплекстності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | випробувань            |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                            | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь              | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                      | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань      | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                              | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                         | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9. Перевірка вістря голки                                       | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену  
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

|                        |        |          |               |
|------------------------|--------|----------|---------------|
| Температура °С         | 50°С   | Тиск,МПа | -0,7-(1,0)МПа |
| К-сть оксиду етилену,л | 100 мл |          |               |

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.  
( ПІБ )

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3