

ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 487 від 12.07.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам 8,0)	2790423	2023-04	2028-04
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1700223	2023-02	2028-02
3	Голка Куліковського G-15	1350323	2023-03	2028-03
4	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24\діам 8,0	0220423	2023-04	2028-04
5	Канюля для промивання лакун мигдалин	2920623	2023-06	2028-06
6	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	1210323	2023-03	2028-03
7	Катетер сечовивідний Fr 4	2500423	2023-04	2028-04
8	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	0720623	2023-06	2028-06

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковок	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену

згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3