



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 855 від 07.12.2023 р.

|   | Найменування продукції                             | № партії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 30            | 2911123          | 2023-11           | 2028-11    |
| 2 | Катетер на голці Куліковського (що фіксується)Fr 9 | 4741123          | 2023-11           | 2028-11    |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                        | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9. Перевірка вістря голки                                      | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену  
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання —зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3