

Φ-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 417 від 12.06.2023 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Дренаж типу "Редон"(з пластиком троакар) Fr 18	3031122	2022-11	2027-11
2	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	2340622	2022-06	2027-06
3	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	1330423 3880523	2023-04 2023-05	2028-04 2028-05
4	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	2150423	2023-04	2028-04
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	3950523	2023-05	2028-05

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковок	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

9. Перевірка вістря голки

Стерилизація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °C	50°C	Тиск, МПа	-0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПИБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3