

Паспорт якості

№ 260 від 17.04.2024 р.

	Найменування продукції	Напартії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	3040324	2024-03	2029-03
2	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18 діам 6,0	1841223	2023-12	2028-12
3	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	2730324	2024-03	2029-03
4	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	0470424	2024-04	2029-04
5	Катетер венозний підключичний KB-2 (Fr 5) (1,0)	0821223	2023-12	2028-12
6	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	1280224	2024-02	2029-02

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3