

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№731 від 28.11.2022 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18 L 220	3061122	2022-11	2027-11
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	2231022	2022-10	2027-10
3	Дренаж лапароскопічний Fr 14	0070622	2022-06	2027-06
4	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	3021122	2022-11	2027-11
5	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	2450422	2022-04	2027-04
6	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	3580622	2022-06	2027-06
		2781122	2022-11	2027-11

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3