

KAMMED

Ф-7.5.1-13

ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Паспорт якості

№ 537 від 15.07.2024 р.

Найменування продукції			
1	Зонд інтубаційний (трансназ) Fr 18 3000 мм	Непартії (серії)	Дата виготовлення
		3130624	2024-06
			Дійсний до
			2029-06

Найменування показника якості		Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки		Має відповідати НД	випробувань
2.Перевірка відповідності матеріалів		Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь		Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань		Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка міцності з'єднань виробів		Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка герметичності з'єднань		Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка самозатягуваності манжеток		Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка вістря голки		Має відповідати НД	відповідає
9. Стерилізація		Має відповідати НД	відповідає
Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену		Має відповідати НД	відповідає
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення		Має відповідати НД	відповідає
Температура °С		50°С	
К-сть оксиду етилену,л		100 мл	
		Тиск,МПа	-0,7-(1,0)МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.
Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3