

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 741 від 30.10.2023 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18 L 220	3201023	2023-10	2028-10
2	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	1570923	2023-09	2028-09
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-1(G-19)	0391621 0392621	2021-06 2021-06	2026-06 2026-06
4	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	0850823	2023-08	2028-08
5	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	0920823	2023-08	2028-08
6	Зонд інтубаційний (трансназ) Fr 18 3500 мм	3341023	2023-10	2028-10
7	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	0170923	2023-09	2028-09
8	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	3310923	2023-09	2028-09
9	Катетер типу Пеццера Fr 32	0500923	2023-09	2028-09
10	Катетер типу Пеццера Fr 34	0500923	2023-09	2028-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам 'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3