

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 277 від 26.04.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-3(G-15)	3230323	2023-03	2028-03
2	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	1360423	2023-04	2028-04
3	Зонд шлунковий Fr 30 L-1200 мм	2960423	2023-04	2028-04
4	Зонд шлунковий Fr 30 L-1200 мм	2160223	2023-02	2028-02
5	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	0040123	2023-01	2028-01
6	Назофарингеальний повітровід діам.(8,0x10,3) Fr 31	2780423	2023-04	2028-04
7	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2500423	2023-04	2028-04
7	Катетер сечовивідний Fr 4			

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004.

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3