

Паспорт якості

№ 278 від 17.04.2024 р.

|   | Найменування продукції                             | Непартії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15) | 3240324          | 2024-03           | 2029-03    |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8.Перевірка самозатягуваності манжеток                         | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9.Перевірка вістря голки                                       | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.  
( ПІБ)

  
(підпис)



32300 Україна  
м.Кам 'янець-Подільський  
вул.Крип'якевича,3