

KAMMED**ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY**

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 320 від 09.05.2023 р.

Найменування продукції		№ партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 12	3331221	2021-12	2026-12
2	Дренаж типу "Нагараджа" (для ендоскопічного введення) Fr 8	3131221	2021-12	2026-12
3	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	1070722	2022-07	2027-07
4	Канюля для промивання лакун мигдалини	2180423	2023-04	2028-04
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	0770423	2023-04	2028-04
		0570223	2023-02	2028-02
		0630523	2023-05	2028-05

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1. Перевірка комплектності, маркування та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2. Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3. Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4. Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5. Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6. Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7. Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °С

50°С

Тиск, МПа

-0,7-(1,0) МПа

К-сть оксиду етилену, л

100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3