

Паспорт якості

№ 776 від 18.10.2024 р.

Найменування продукції		№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	3340424	2024-04	2029-04
2	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	2480924	2024-09	2029-09
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	3150624	2024-06	2029-06
4	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 15	0300524	2024-05	2029-05
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	0280524	2024-05	2029-05
		1320924	2024-09	2029-09
		3990924	2024-09	2029-09
		1760924	2024-09	2029-09
		1920924	2024-09	2029-09

Найменування показника якості		
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Відповідність НД	Результати випробувань
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.


Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)


(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3