

Φ-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 673 від 10.09.2024 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	3340424	2024-04	2029-04
2	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	3150624	2024-06	2029-06
		2770824	2024-08	2029-08
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	4240724	2024-07	2029-07
4	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	4530724	2024-07	2029-07

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Мас відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Мас відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Мас відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Мас відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Мас відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Мас відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Мас відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Мас відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Мас відповідати НД	відповідає

Температура °С	50°С	Тиск, МПа	-0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПИБ)

~~(підпис)~~



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3