

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 323 від 04.06.2025 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	3340525	2025-05	2030-05
2	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	1210325	2025-03	2030-03
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-1(G-19)	0270524	2024-05	2029-05
4	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-2(G-17)	0341024	2024-10	2029-10
5	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	3370525	2025-05	2030-05
6	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 12	2770125	2025-01	2030-01
7	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	3530325	2025-03	2030-03
8	Зонд шлунковий Fr 36 L-1200 мм	4450525	2025-05	2030-05
9	Катетер венозний підключичний KB-2 (Fr 5) (1,0)	1040325	2025-03	2030-03
10	Сильфон-гармошка для аспірації об'єм 150 мл	2600425	2025-04	2030-04

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає


Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)


(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3