

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 668 від 06.09.2024 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	3400824	2024-08	2029-08
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1730824	2024-08	2029-08
3	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	4610724	2024-07	2029-07
		4620724	2024-07	2029-07
4	Зонд шлунковий Fr 18 L-1200 мм	4830724	2024-07	2029-07
		2850324	2024-03	2029-03

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3