

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 792 від 23.10.2024 р.

|   | Найменування продукції                            | Непартії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|---|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24       | 3600524          | 2024-05           | 2029-05    |
| 2 | Голка Куліковського G-15                          | 2130724          | 2024-07           | 2029-07    |
| 3 | Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм      | 4020624          | 2024-06           | 2029-06    |
| 4 | Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм      | 4530724          | 2024-07           | 2029-07    |
| 5 | Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм                    | 0401024          | 2024-10           | 2029-10    |
| 6 | Канюля для промивання лакун мигдалин              | 0100924          | 2024-09           | 2029-09    |
| 7 | Комплект для встан.венозного підкл.к-ра KB-3(Fr6) | 0621024          | 2024-10           | 2029-10    |
|   |                                                   | 3490624          | 2024-06           | 2029-06    |
|   |                                                   | 3260624          | 2024-06           | 2029-06    |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | випробувань            |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8.Перевірка самозатягуваності манжеток                         | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9.Перевірка вістря голки                                       | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

( ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3