

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 391 від 01.06.2023 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля Fr 24	3630523	2023-05	2028-05
2	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18 L 220	2150523	2023-05	2028-05
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	2410323	2023-03	2028-03
		1600323	2023-03	2028-03
4	Голка Куліковського G-15	0840323	2023-03	2028-03
		2180423	2023-04	2028-04
5	Зонд інтубаційний (трансназ) Fr 18 3000 мм	0770423	2023-04	2028-04
6	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	1580223	2023-02	2028-02
7	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	0500423	2023-04	2028-04
8	Катетер сечовивідний Fr 4	1220523	2023-05	2028-05
9	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	1010523	2023-05	2028-05
10	Накінечник кружки Есмарха Fr 24			

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання -зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна
м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3