

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 27 від 19.01.2024 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	4421123	2023-11	2028-11
2	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	1571123	2023-11	2028-11
		1570923	2023-09	2028-09
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-2(G-17)	1641023	2023-10	2028-10
4	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1480723	2023-07	2028-07
		1231023	2023-10	2028-10
5	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24/діам 8,0	3580723	2023-07	2028-07
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	0310124	2024-01	2029-01
7	Зонд шлунковий Fr 33 L-1200 мм	2031023	2023-10	2028-10
8	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3711123	2023-11	2028-11
		3631123	2023-11	2028-11

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3