

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH20035-0820

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2020

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Затискач для пуповини стерильний одноразового використання		
Модель / тип	Затискач для пуповини	Серія	120920
Нормативні документи	Q/320700 SY54-2005	Кількість зразків	30 шт.
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2020-09-12~2020-09-19
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розмір	Довжина, ширина, висота, радіан виробу повинні відповідати стандарту.	Відповідає	Придатний
Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою; насічки та жолоб на браншах не повинні мати ознак гострого краю, задирок тощо.	Відповідає	Придатний
Міцність затискання	При затисканні браншів пуповина повинна бути повністю розрізана.	Відповідає	Придатний
Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.