



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH21001-2110

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Зонд шлунковий стерильний, одноразового використання			
Модель / тип		Розмір: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	Серія	180321	
Нормативні документи		JK13(CE)/06	Кількість зразків	30 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2021-03-18~2021-03-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Позначення розміру	Позначення розміру має відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
	Протікання	Трубка зонду не повинна протікати.		Відповідає	
	Міцність	Якщо зафіксувати один кінець зонду, зовнішній діаметр якого не більше 2мм, та прикласти статичну силу 5Н до іншого кінця зонду протягом 15сек, кожна частина трубки не повинна виявляти ознак розриву; якщо діаметр зонду більше 2мм, під час впливу статичної сили 15Н протягом 15сек, кожна частина трубки не повинна виявляти ознак розриву		Відповідає	
8[1 2]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою і не повинна містити ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	Придатний
	Розмір	Розмір повинен відповідати вимогам		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.