



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23004-2307

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Пайпель внутришньоматковий	Серія	180323	
Нормативні документи		Q/320700SY 28-2011	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2023-03-18~2023-03-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
8 [1 2]	Розміри	Основні розміри повинні відповідати вимогам.		Відповідає	Придатний
5 [0 1]	Ручка	Поверхня ручки повинна бути гладкою і вільною від сторонніх частинок.		Відповідає	
8[0 1]	Міцність з'єднання	З'єднання між сердечником і головкою має бути стабільним і легко ковзати. Без витоку.		Відповідає	
Стерильність		Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.