



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23014-2322

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 07.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Дзеркала гінекологічні стерильні одноразового використання		
Модель / тип	розмір S, M		Серія	180723
Нормативні документи	JK04/06		Кількість зразків	30 шт.
Умови випробувань	Відповідають вимогам		План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012
Стан зразка	У гарному стані		Дата перевірки	2023-07-18~2023-07-25
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
20[1 2]	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.	Відповідає	Придатне
	Міцність	Коли на точку, розташовану на відстані 20 мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30 Н, будь-які компоненти дзеркала не повинні виявляти ознак зламу.	Відповідає	Придатне
13[2 3]	Розмір	Висота, ширина і глибина стулок, а також ширина поля огляду і довжина ручок повинні відповідати стандарту	Відповідає	Придатне
	Відхилення	Відхилення торців обох стулок має бути не більше 2 мм.	Відповідає	
—	Стерильність	Стерильне	Відповідає	Придатне
Примітки		/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.