



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH20041-2110

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 11.2020

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання		
Модель / тип		Пайпель внутришньоматковий	Серія	181120
Нормативні документи		Q/320700 SY28-2011	Кількість зразків	50 шт.
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2020-11-18~2020-11-25
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
8 [01]	Корпус	Поверхня повинна бути гладкою, прозорою, не містити сторонніх включень. Рідина повинна бути видна неозброєним оком.		Відповідає
		Порожнина повинна бути чистою і не містити сторонніх часток.		Відповідає
		L: $234 \pm 3,5$ мм; D: $3,15 \pm 0,05$ мм		Відповідає
		При застосуванні до поршня статичної сили 1,5 N паз повинен запобігати від'єднанню корпусу від голівки поршня.		Відповідає
	Поршень	Поверхня повинна бути гладкою, не містити сторонніх включень.		Відповідає
		L: 265 ± 3 мм.		Відповідає
	Крок градування	Крок між лініями градування повинен відповідати 2 см. Інтервал шкали 1 см, похибка $\pm 10\%$.		Відповідає
	Градування	Лінії градування і цифри на корпусі повинні бути цільними і чіткими, однакової товщини.		Відповідає
	Ковзання поршня	При натисканні поршень повинен легко ковзати.		Відповідає
	Герметичність	При заборі води на корпусі не повинні з'являтися бульбашки.		Відповідає
Стерильність		Стерильний		Відповідає
Примітки		/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.